

VACUETTE® Kit di sicurezza per il prelievo di sangue/ per infusioni Istruzioni per l'uso



Applicazione

Il kit di sicurezza per il prelievo di sangue **VACUETTE®** viene utilizzato per il prelievo di sangue, di routine quotidiano. Il kit di sicurezza per infusioni **VACUETTE®** viene utilizzato per il prelievo di sangue e/o per infusioni intravenose di liquidi di poca durata. L'ago a farfalla è provvisto di un tubicino di sicurezza che viene spinto sull'ago direttamente in seguito al prelievo di sangue/all'infusione. Grazie a questa procedura si contribuisce in modo essenziale ed efficiente alla protezione dell'utente da possibili lesioni di puntura con l'ago. Il prodotto dovrebbe essere impiegato solo da parte di personale appropriatamente formato in base alle seguenti istruzioni per l'uso.

Descrizione del prodotto

Il kit di sicurezza per il prelievo di sangue **VACUETTE®** è un prodotto sterile monouso. E' composto di un ago a farfalla di sicurezza combinato con un tubo flessibile alla cui estremità si trova un raccordo Luer. Il prodotto è disponibile in diverse combinazioni. Il kit di sicurezza per infusioni **VACUETTE®** è disponibile in confezione singola e sterile e potrà essere utilizzato in combinazione con un sistema Luer (p.es. Holdex®).

Il kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni VACUETTE®

Tipo	Descrizione
Kit di sicurezza per infusioni VACUETTE®	In confezione singola e sterile, permette l'uso in combinazione con un sistema Luer.
Kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni VACUETTE® con adattatore Luer	In confezione singola e sterile con adattatore Luer. (per l'uso in combinazione con camice standard VACUETTE® p.es.)
Kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni VACUETTE® con adattatore Luer e camicia	In confezione singola e sterile. Pronto per l'uso per il prelievo di sangue.
Kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni VACUETTE® con sistema Holdex® (Questo prodotto contiene gomma naturale essiccata)	

Indicazioni riguardanti la sicurezza e avvertimenti

Indicazioni riguardanti la sicurezza

Se le relative istruzioni vengono rispettate, il dispositivo funzionerà nel modo previsto.

- Si prega di non forzare l'ago a farfalla e di non azionare prematuramente il meccanismo di sicurezza. Questo fatto potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo.
- Prima dell'uso controllare ogni singola confezione e verificare se presenta dei danni. In caso di danni si consiglia di non utilizzarla.
- Immediatamente dopo l'uso i kit di sicurezza per il prelievo di sangue **VACUETTE®** andranno smaltiti negli appositi contenitori del materiale usato.
- Una volta attivato il meccanismo di sicurezza, omettere di riattivarlo e di sbloccarlo con forza.
- Mantenere le mani sempre dietro l'ago durante l'uso e durante l'eliminazione.

Avvertimenti

- La manipolazione di campioni biologici e degli accessori per il prelievo di sangue (p.es. lancette pungidito, aghi, adattatori Luer e kit per il prelievo di sangue) dev'essere effettuata osservando e rispettando le disposizioni d'igiene e di sicurezza rispettivamente valide e in vigore.
- HBV, HCV, HIV e altre malattie infettive potranno essere trasmesse mediante contatto con campioni di natura biologica. In caso di esposizione a campioni di natura biologica e di un conseguente rischio di infezione, si raccomanda una immediata consultazione medica.
- Ogni ago utilizzato viene considerato contaminato e dev'essere eliminato dopo il prelievo inserendolo nell'apposito contenitore di eliminazione per campioni di natura biologica.
- Un riutilizzo del prodotto potrebbe causare infezioni dannose per la salute, lesioni oppure la morte.
- Per l'eliminazione di accessori per il prelievo di sangue (p.es. lancette pungidito, aghi, adattatori Luer e kit per il prelievo di sangue) si dovranno utilizzare gli appositi contenitori di eliminazione del materiale usato.
- Durante il prelievo di sangue e durante la manipolazione delle provette per il prelievo di sangue portare dei guanti per minimizzare il pericolo di entrare in contatto con il sangue.
- Nel canale dei liquidi del tubo flessibile del kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni è contenuto il plastificante DEHP. E' possibile un'estrazione del DEHP in caso di contatto con lipidi. In caso di utilizzo del prodotto con donne incinte, allattanti e bambini bisogna prestare particolare attenzione.
- In caso di pazienti p.es. immobilizzati, emofilici nonché epilettici bisogna stare particolarmente attenti durante il prelievo di sangue.
- Non coprire il meccanismo di sicurezza con nastro adesivo.
- Togliendo o eliminando il kit bisogna prestare particolare attenzione ad eventuali gocce di sangue o di materiale per la medicazione.

Immagazzinaggio dei kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni VACUETTE® prima dell'uso

Temperatura raccomandata per l'immagazzinaggio: 4–36°C (40–97° F). **NOTA:** Evitare l'esposizione diretta al sole. Il superamento della temperatura massima raccomandata per l'immagazzinaggio potrà compromettere la qualità dei kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni **VACUETTE®**.

NOTA: Il kit di sicurezza per il prelievo di sangue **VACUETTE®** contiene cloruro di polivinile plastificato con DEHP.

Manipolazione del kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni VACUETTE®

- A.** Scegliere le provette appropriate e il kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni **VACUETTE®**
- B.** Togliere dall'imballaggio il kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni **VACUETTE®**. Controllare che l'ago a farfalla sia collegato in modo stabile con il meccanismo di sicurezza. **NOTA:** In caso di imballaggi già aperti oppure danneggiati scartare il kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni e sceglierne uno intatto.
- C.** Scegliere il sito di puntura. Applicare il laccio emostatico e disinfettare il sito di puntura. Non palpare (ricercare manualmente la vena) dopo la disinfezione! Prendere in mano il kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni **VACUETTE®** tenendolo dalla parte della farfalla dell'ago e togliere con prudenza il tappo di protezione dell'ago.

D. Prelievo di sangue / Infusione




Fig.1




Fig.2

Eeguire la puntura venosa sul paziente, a braccio disteso verso il basso.

La puntura venosa è stata effettuata in modo corretto quando la parte trasparente dietro l'ago si riempie di sangue. Se necessario, fissare la farfalla dell'ago per mezzo di un cerotop.

- Iniziare il prelievo di sangue
 - o
- l'infusione

NOTA: Togliere il cappuccio dell'adattatore Luer prima di applicare il tubo per infusioni.

E. Attivazione del meccanismo di sicurezza




Fig.3




Fig.4

In seguito al prelievo fissare la farfalla dell'ago con un tampone. Attivare con l'altra mano il pistoncino dell'ago a farfalla premendo le due parti.

NOTA: Non esercitare troppa pressione sul sito della puntura.

Tirare indietro il pistoncino del meccanismo di sicurezza finché si avverte un clic.

Il clic conferma che si è correttamente attivato il meccanismo di sicurezza.

NOTA: Esercitare una pressione sul sito di puntura in conformità con le direttive di sicurezza vigenti sul luogo.

F. Smaltimento




Fig.5

Immediatamente dopo l'uso eliminare il kit di sicurezza per il prelievo di sangue/per infusioni **VACUETTE®** infilandolo nell'apposito contenitore di smaltimento del materiale usato, in conformità con le direttive di sicurezza vigenti sul luogo.

Attivazione del meccanismo di sicurezza

Finito il prelievo del sangue si raccomanda di attivare il meccanismo di sicurezza prima di estrarre l'ago dalla vena del paziente.

NOTA: Non esercitare troppa pressione sul sito di puntura.



- a. Per sbloccare il meccanismo di sicurezza premere dalle due parti.
- b. Spingere in basso il pistoncino del meccanismo di sicurezza.
- c. Se si sente un clic questo indica che il meccanismo di sicurezza è stato attivato in modo corretto.

Verificare che il meccanismo di sicurezza sia scattato in modo sicuro e che non si possa muovere. L'ago dev'essere completamente coperto dalla camicia di sicurezza.

Nota: Si deve continuare ad esercitare una pressione sul sito di puntura finché si arresta l'emorragia.

Contrassegni sull'etichetta

	Numero dell'articolo
	Numero di lotto: numero di carico
	Data di scadenza: Il prodotto potrà essere utilizzato fino alla fine del mese indicato.
	Simbolo per la "sterilizzazione ad ossido di etilene"
	Simbolo per "prodotto monouso"

Riferimenti:

CLSI (Clinical Laboratory Safety Institute)
H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

greiner bio-one